

INSTRUCCIONES DE USO METOTREXATO en JERINGA PRECARGADA

Marcas comerciales: **BERTANEL, IMETH, METHOFILL, METOJECT, QUINUX**

- ✓ Lea detenidamente el **prospecto** del medicamento
- ✓ **Solo se debe usar una vez por semana**. Los errores de dosificación en el uso pueden producir efectos adversos graves


ANTES de la inyección:

1. **LÁVESE** bien las manos con agua y jabón

2. Los mejores **LUGARES PARA LA INYECCIÓN** son:

- la parte superior del muslo
- el abdomen, salvo el área alrededor del ombligo
- Cambie el lugar de aplicación en cada inyección. Esto puede reducir el riesgo de desarrollar irritaciones en el lugar de la inyección
- Nunca aplique la inyección en piel dolorosa, amoratada, enrojecida, endurecida, o con cicatrices o estrías

3. **LIMPIE** su piel en la zona elegida para la inyección con la toallita impregnada de alcohol incluida



DESPUÉS de la inyección:

Una vez haya sido utilizada, **DEPOSITE** la jeringa precargada dentro de la caja en el punto SIGRE de la farmacia


CONSERVACIÓN de las jeringas:

Conservar a una temperatura inferior a los 25°C

Guardar en la caja exterior para protegerlas de la luz

INSTRUCCIONES DE USO METOTREXATO en JERINGA PRECARGADA

1. PREPARACIÓN



- Retire la jeringa precargada del envase a temperatura ambiente
- Seleccione **un lugar para la inyección** y desinfectelo con la gasa impregnada en alcohol
- Deje pasar **60 segundos** para que el desinfectante se seque

2. RETIRAR el capuchón



- Retire **cuidadosamente el capuchón** de plástico de la aguja
- Importante: **No toque la aguja** de la jeringa precargada

3. INSERTAR aguja



- Con dos dedos, forme un pliegue en la piel e **inserte rápidamente la aguja** en un ángulo de 90 grados. En caso de salpicadura en la piel, se debe aclarar la zona afectada con agua abundante

4. INYECTAR



- **Empuje lentamente el émbolo** e inyecte el líquido bajo la piel
- **Sostenga firmemente** la piel hasta que se haya completado la inyección

5. RETIRAR la aguja



- **Retire la aguja** con cuidado en línea recta
- Metoject, Imeth y Methofill cuentan con un **sistema de seguridad** que se activa cuando se ha vaciado la jeringa al presionar el émbolo hasta el final